

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 21-LB0020

(Certification No.)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

(Bangkok Industrial Gas Co., Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 0335

(Testing 0335)

ฉบับที่ 01

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(Valid from)

(16 August B.E.2564 (2021))

ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2569

(Until)

(15 August B.E.2569 (2026))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

ถาวร

(Permanent)

นอกสถานที่

(Site)

ชั่วคราว

(Temporary)

เคลื่อนที่

(Mobile)

หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาปิโตรเลียม (Petroleum field)		
แก๊สไนโตรเจน (nitrogen gas)	- แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide)	- B0-W-LC-30 based on ASTM D2504-88
แก๊สไฮโดรเจน (hydrogen gas)	0.5 mole ppm to 20.0 mole ppm	(reapproved 2015)
แก๊สฮีเลียม (helium gas)	- แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide)	- B0-W-LC-30 based on ASTM D2505-88
	0.5 mole ppm to 20.0 mole ppm	(reapproved 2015)