

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0145

(Certification No. 22-LB0145)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

ห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท ไทยอາซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (สมุทรปราการ)

(AGC Chemicals (Thailand) Co., Ltd. (Samut Prakan))

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 0379

(Testing 0379)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565

(Valid from)

(18 April B.E.2565 (2022))

ถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2570

(Until)

(17 April B.E.2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

ถาวร

(Permanent)

นอกสถานที่

(Site)

ชั่วคราว

(Temporary)

เคลื่อนที่

(Mobile)

หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาเคมี (Chemical field)		
1. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide)	- ความเข้มข้น (Concentration) ร้อยละโดยน้ำหนัก 31.50 ถึง 32.50 (31.50% to 32.50% w/w) ร้อยละโดยน้ำหนัก 49.50 ถึง 50.50 (49.50% to 50.50% w/w)	- มอก. 150-2562 (TIS 150-2562 (2019))
2. กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid)	- ความเข้มข้น (Concentration) ร้อยละโดยน้ำหนัก 34.50 ถึง 37.00 (34.50% to 37.00 % w/w)	- มอก. 217-2556 (ภาคผนวก ค) (TIS 217-2556 (2013) (Annex C))
3. โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium hypochlorite)	- อะวเลจเบิลคลอรีน (Available chlorine) ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า 10.00 (Minimum 10.00% w/w)	- มอก. 225-2562 (TIS 225-2562 (2019))
4. คลอรีนเหลว (Liquid chlorine)	- ความบริสุทธิ์ (Purity) ร้อยละโดยปริมาตรไม่น้อยกว่า 99.5 (Minimum 99.5% v/v)	- มอก. 207-2562 (TIS 207-2562 (2019))