

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 21C054/0891

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 65 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0070
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

| สาขา การสอบเทียบ | รายการสอบเทียบ | ขีดความสามารถของ การสอบเทียบและการวัด* | วิธีการสอบเทียบ |
|---------------------|---|---|------------------|
| ไฟฟ้า | Optical Power Wavelength 1 310 nm and 1 550 nm - 10.00 dBm - 5.00 dBm 0.00 dBm | 0.092 dB 0.092 dB 0.092 dB | IEC 61315 : 2005 |

* ค่าความไม่แน่นอน (\pm) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %

ออกให้ ณ วันที่