

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  
ใบรับรองเลขที่ 20C106/0785

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท โพลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  
ที่อยู่ เลขที่ 271 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0126  
สถานภาพห้องปฏิบัติการ  ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของ การสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
กลศาสตร์	Flow rate		
	Volumetric flow mode		ISO 4185 : 1980
	54 l/h to 3 400 l/h	0.028 %	cor.1 : 1993 (E)
	> 3 400 l/h to 35 000 l/h	0.052 %	
	> 35 000 l/h to 300 000 l/h	0.050 %	
	Mass flow mode		ISO 4185 : 1980
	54 kg/h to 3 400 kg/h	0.014 %	cor.1 : 1993 (E)
	> 3 400 kg/h to 35 000 kg/h	0.046 %	
> 35 000 kg/h to 300 000 kg/h	0.045 %		

\* ค่าความไม่แน่นอน ( $\pm$ ) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %

ออกให้ ณ วันที่