

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ที่ 18C025/0476

ชื่อห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่อยู่ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0128
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของ การสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
เคมี	Piston pipette > 10 µl to 200 µl > 200 µl to 1 000 µl > 1 000 µl to 5 000 µl > 5 000 µl to 10 000 µl	 0.16 µl 0.32 µl 1.6 µl 2.4 µl	ISO 8655-6 : 2002
* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%			

ออกให้ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ

(นายอภิจันต์ โชติกเสถียร)

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม