

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  
ที่ 18C014/0465

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท ซายน์เทค จำกัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 279/27-29 ซอยวัดโพธิ์แมน ถนนสารบุรีประดิษฐ์ 19 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0162

สถานภาพห้องปฏิบัติการ  ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1. เคมี	pH measurement		In-house method : WI-ST- LAB-5.4/I based on direct measurement by using certified reference material
	Nominal pH 4	0.010	
	Nominal pH 7	0.020	
	Nominal pH 9	0.060	
2. ไฟฟ้า	DC voltage for pH meter		In-house method : WI-ST- LAB-5.4/I based on direct measurement by using standard voltage calibrator
	177.48 mV	60 $\mu$ V	
	0 mV	61 $\mu$ V	
	-177.48 mV	70 $\mu$ V	

\* ค่าความไม่แน่นอน ( $\pm$ ) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  
ที่ 18C014/0465

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0162

สถานภาพห้องปฏิบัติการ  ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1. อุณหภูมิ	Autoclave 105 °C to 135 °C	0.63 °C	BS 2646 part 5 (1993)

\* ค่าความไม่แน่นอน ( $\pm$ ) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%

ออกให้ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลงชื่อ

(นายณัฐพล รังสิตพล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม