

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ที่ 19C066/0634

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 1532/22-25 ซอยธนุทัย ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0165
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขา การสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของ การสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
กลศาสตร์	Pressure measuring instrument Pressure gauge and pressure transmitter Gauge pressure (P_e) -90 kPa to 0 kPa > 0 kPa to 250 kPa > 250 kPa to 1 000 kPa 0 kPa to 25 000 kPa	0.54 kPa 0.35 kPa 1.5 kPa 24 kPa	DKD R 6-1 : 2003 Pressure medium : air Pressure medium : oil
* ค่าความไม่แน่นอน (\pm) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %			

ออกให้ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ

(นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ฉบับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หน้า 1/1

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม