

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  
ที่ 20C032/0711

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เอ็กซ์เพิท ทิม จำกัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 237/4 หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์หม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0173  
สถานภาพห้องปฏิบัติการ  ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
กลศาสตร์	Pressure measuring instrument Pressure gauge 0 MPa to 1 MPa > 1 MPa to 4 MPa > 4 MPa to 16 MPa > 16 MPa to 25 MPa > 25 MPa to 70 MPa	6.4 kPa 19 kPa 66 kPa 75 kPa 0.42 MPa	DKD R6-1 Pressure medium : distilled water

\* ค่าความไม่แน่นอน ( $\pm$ ) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%

ออกให้ ณ วันที่