

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 20C023/0702

ชื่อห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ที่อยู่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0180
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขา การสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของ การสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
มวล	Non-automatic weighing instruments		EURAMET cg-18 Version 4.0 (11/2015)
	1 mg to 20 g	0.13 mg	
	> 20 g to 50 g	0.15 mg	
	> 50 g to 100 g	0.19 mg	
	> 100 g to 150 g	0.25 mg	
	> 150 g to 200 g	0.31 mg	
	> 200 g to 240 g	0.37 mg	
	> 240 g to 300 g	11 mg	
	> 300 g to 600 g	13 mg	
	> 600 g to 900 g	15 mg	
	> 900 g to 1 200 g	18 mg	
	> 1 200 g to 1 500 g	21 mg	
	> 1 500 g to 1 800 g	24 mg	
	> 1 800 g to 2 100 g	27 mg	
	> 2 100 g to 2 400 g	30 mg	
	> 2 400 g to 2 700 g	34 mg	
	> 2 700 g to 3 100 g	38 mg	
* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%			

ออกให้ ณ วันที่