

**รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ**  
**ที่ 15C028/0187**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
 ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 4 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0192  
 สถานภาพห้องปฏิบัติการ  ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1.Dimension	Micrometer caliper for external measurement 0 mm to 125 mm > 125 mm to 225 mm > 225 mm to 300 mm Vernier, dial, and digital caliper 0 mm to 200 mm > 200 mm to 250 mm > 250 mm to 300 mm	12 µm 13 µm 14 µm 14 µm 15 µm 16 µm	JIS B 7502 : 1994  JIS B 7507 : 1993
2.Mechanical	Pressure transmitter Without indicator Hydraulic type 0 MPa to 25 MPa	0.12 MPa	In-house method : WI : L/W/5.04/02 based on DKD R 6-1 : 2003 Pressure medium : oil

\* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  
ที่ 15C028/0187

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0192

สถานภาพห้องปฏิบัติการ  ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
3.Temperature	Temperature sensor Thermocouple type J 35 °C to 150 °C > 150 °C to 250 °C	0.96 °C 1.2 °C	In-house method : WI : L/W/5.04/03 based on ASTM E 220-02
* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%			

ออกให้ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2558

ลงชื่อ

(นายหทัย อุทัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม