

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  
ที่ 14C031/0089

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 260 อาคารแสงโสม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0240  
สถานภาพห้องปฏิบัติการ  ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1. Temperature	Dial thermometer 0 °C to 120 °C	0.58 °C	In-house method : CP-DI by comparison technique in liquid bath
2. Mechanical	Pressure gauge 0 kPa to 100 kPa > 100 kPa to 400 kPa > 400 kPa to 600 kPa > 600 kPa to 1600 kPa > 1600 kPa to 2500 kPa > 2500 kPa to 4000 kPa	0.7 kPa 1.3 kPa 2.4 kPa 5.9 kPa 12 kPa 2.7 kPa	DKD R6-1 Pressure medium : air

\* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%

ออกให้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลงชื่อ

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

