

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ที่ 14C041/0099

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
 ที่อยู่ : เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0241
 สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1. Temperature	Digital thermometer with sensor Resistance Temperature Detector (RTD) -20 °C to 40 °C > 40 °C to 100 °C Thermocouple type E, J, K, N, T -20 °C to 0 °C >0 °C to 40 °C >40 °C to 100 °C	0.22 °C 0.29 °C 0.22 °C 0.24 °C 0.32 °C	In-house method : WI-BME-BMC-CP-006 by compairison with platinum resistance thermometer
* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%			

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ที่ 14C041/0099

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0241

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1. Temperature	Temperature controlled enclosures -20 °C to 0 °C >0 °C to 10 °C 30 °C to 75 °C >75 °C to 100 °C Digital thermometer with sensor Resistance Temperature Detector (RTD) -20 °C to 40 °C > 40 °C to 100 °C Thermocouple type E, J, K, N, T -20 °C to 0 °C >0 °C to 40 °C >40 °C to 100 °C	 0.77 °C 0.85 °C 0.95 °C 0.97 °C 0.22 °C 0.29 °C 0.22 °C 0.24 °C 0.32 °C	In-house method : WI-BME-BMC-CP-050 based on TLAS G-20 In-house method : WI-BME-BMC-CP-006 by compairison with platinum resistance thermometer
* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%			

ออกให้ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลงชื่อ

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม