

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 21C035/0872

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท อ่าพลฟูดส์ โพรเซสซิง จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 57 หมู่3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม
หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0243
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

| สาขาการสอบเทียบ | รายการสอบเทียบ | ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด* | วิธีการสอบเทียบ |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|
| อุณหภูมิ | Temperature indicator with sensor Thermocouple Type J, K 0 to 200 °C > 200 to 400 °C Resistance Thermometer 0 to 150 °C | 0.95 °C 1.6 °C 0.23 °C | In-house method : QAD-W1022 by comparison with standard thermometer |

* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 21C035/0872

หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0243

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

| สาขาการสอบเทียบ | รายการการสอบเทียบ | ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด* | วิธีการสอบเทียบ |
|---|---|---------------------------------------|--|
| อุณหภูมิ | Temperature indicator with sensor Thermocouple Type J, K 0 to 200 °C > 200 to 400 °C Resistance Thermometer 0 to 150 °C | 0.95 °C 1.6 °C 0.23 °C | In-house method : QAD-W1022 by comparison with standard thermometer |
| * ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 % | | | |

ออกให้ ณ วันที่