

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 20C109/0788

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท พลิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 ที่อยู่ เลขที่ 138 หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
 หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0246
 สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
อุณหภูมิ	Temperature sensor Thermocouple type R, S 35 °C to 400 °C > 400 °C to 600 °C > 600 °C to 1 200 °C Thermocouple type K, J, N 35 °C to 200 °C > 200 °C to 400 °C > 400 °C to 600 °C > 600 °C to 1 200 °C	 1.9 °C 3.1 °C 4.0 °C 0.98 °C 1.1 °C 2.9 °C 4.0 °C	In-house method : WI-LM-02-04 by comparison with standard thermometer in dry block
* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %			

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 20C109/0788

หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0246

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
อุณหภูมิ (ต่อ)	Temperature sensor Resistance thermometer 35 °C to 200 °C > 200 °C to 400 °C	0.68 °C 0.71 °C	In-house method : WI-LM-02-05 by comparison with standard thermometer in dry block
* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %			

ออกให้ ณ วันที่