

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 21C049/0886

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท ดิจิตอล คาลิเบรชั่น จำกัด
 ที่อยู่ เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 35 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0262
 สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของ การสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
มวล	Electronic balance 20 g to 100 g > 100 g to 160 g > 160 g to 200 g > 200 g to 400 g > 400 g to 4 kg > 4 kg to 15 kg > 15 kg to 30 kg > 30 kg to 70 kg > 70 kg to 100 kg > 100 kg to 150 kg > 150 kg to 300 kg	0.25 mg 0.30 mg 0.35 mg 1.0 mg 10 mg 0.50 g 1.0 g 2.0 g 3.0 g 10 g 20 g	In-house method : CP-B01-01 based on UKAS LAB 14

* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 21C049/0886

หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0262

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของ การสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
มวล	Electronic balance 1 mg to 50 g > 50 g to 200 g > 200 g to 400 g > 400 g to 3 kg > 3 kg to 12 kg > 12 kg to 15 kg > 15 kg to 30 kg > 30 kg to 60 kg > 60 kg to 150 kg > 150 kg to 300 kg > 300 kg to 500 kg > 500 kg to 1 000 kg > 1000 kg to 2 000 kg	0.20 mg 0.40 mg 1.0 mg 20 mg 0.20 g 0.50 g 2.0 g 5.0 g 10 g 20 g 0.068 kg 0.14 kg 0.35 kg	In-house method : CP-B01-01 based on UKAS LAB 14
* ค่าความไม่แน่นอน (\pm) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %			

ออกให้ ณ วันที่