

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ที่ 16C015/0258

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท ไทยยางกิงไฟศาล จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 180/1 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 74 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0269

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1. Dimension	Vernier caliper 0 mm to 150 mm >150 mm to 200 mm >200 mm to 300 mm Micrometer 0 mm to 25 mm	14 μ m 15 μ m 18 μ m 1.2 μ m	In-house method : TY-WI-LB-002-3 based on ISO 3599:1976 In-house method : TY-WI-LB-002-6 based on ISO 3611:1978
2. Mechanical	Pneumatic pressure gauge 0 kPa to 1 000 kPa	6.1 kPa	In-house method : TY-WI-LB-002-6 based on DKD-R6-1

* ค่าความไม่แน่นอน (\pm) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%

ออกให้ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

ลงชื่อ

(นายธวัช ผลความดี)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม