

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

ใบรับรองเลขที่ 21C064/0901

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ เลขที่ 775 หมู่ 2 ซอย 4A นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่
 อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0271

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขา การสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของ การสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1 มวล	Electronic balance 5 g to 3 000 g > 3 kg to 30 kg	60 mg 0.60 g	In-house method : CM-LA-06 based on UKAS LAB 14
2 มิติ	Dial thickness gauge 0 mm to 10 mm Vernier, dial, and digital caliper (for external measurement) 0 mm to 100 mm	5.8 µm 13 µm	In-house method : CM-LA-04 by direct measurement with gauge block In-house method : CM-LA-05 based on JIS B 7507
* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%			

ออกให้ ณ วันที่