

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  
ที่ 18C068/0519

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  
หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0275  
สถานภาพห้องปฏิบัติการ  ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของ การสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
มิติ	Vernier, dial, and digital caliper 0 mm to 300 mm	16 $\mu$ m	JIS B 7507 : 1993
	Micrometer caliper for external measurement 0 mm to 25 mm	1.3 $\mu$ m	JIS B 7502 : 1994
	> 25 mm to 50 mm	1.8 $\mu$ m	
	* ค่าความไม่แน่นอน ( $\pm$ ) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%		

ออกให้ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ

(นายอภิจิณ โชติกเสถียร)  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม