

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ที่ 16C032/0275

ชื่อห้องปฏิบัติการ : สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
 ที่อยู่ : เลขที่ 200 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0277
 สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1. Mass	Electronic balance 1 g to 10 g > 10 g to 20 g > 20 g to 30 g > 30 g to 50 g > 50 g to 100 g > 100 g to 150 g > 150 g to 200 g > 200 g to 1 kg > 1 kg to 2 kg > 2 kg to 3 kg > 3 kg to 10 kg > 10 kg to 15 kg	0.084 mg 0.088 mg 0.096 mg 0.11 mg 0.15 mg 0.21 mg 0.26 mg 8.5 mg 9.1 mg 9.9 mg 0.046 g 0.41 g	UKAS LAB 14 : 2006
* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%			

ออกให้ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

ลงชื่อ

(นายรัช ผลความดี)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม