

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ที่ 16C042/0285

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 81/10 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0279

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
Chemical	Piston pipette 100 µL to 500 µL > 500 µL to 1 000 µL > 1 000 µL to 5 000 µL > 5 000 µL to 10 000 µL	0.53 µL 0.55 µL 4.0 µL 5.0 µL	ISO 8655-6: 2002

* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%

ออกให้ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

ลงชื่อ

(นายธวัช ผลความดี)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

