

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ที่ 16C092/0335

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท บีพี คาลลิเบรชั่น จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 6/4 หมู่ที่ 5 ซอย 5 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0286
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
Dimension	Vernier Dial and Digital Caliper 0 mm to 150 mm	14 μm	JIS B7507 : 1993
	Micrometer caliper for external measurement 0 mm to 25 mm	1.5 μm	JIS B7502 : 1994
	Dial Gauge 0 mm to 10 mm	6.4 μm	In house method : CP-DIG based on JIS B7503 : 1997 by direct measurement with calibration tester
* ค่าความไม่แน่นอน (\pm) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%			

ออกให้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลงชื่อ

(นายพิสิฐ รัชสกุลวุฒิกุล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม