

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  
ที่ 17C026/0373

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรสเปค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเชส  
ที่อยู่ : เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสงขลา  
หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0293  
สถานภาพห้องปฏิบัติการ  ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
Mechanical	Pressure measuring instrument Pressure gauge 0 MPa to 40 MPa >40 MPa to 100 MPa >100 MPa to 200 MPa	0.30 MPa 0.64 MPa 1.2 MPa	In-house method : CP-P-01 based on DKD-R6-1 : 2003 Pressure medium : Hydraulic oil

\* ค่าความไม่แน่นอน ( $\pm$ ) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%

ออกให้ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ

(นายพิสิฐ ริงสุภะภูมิกุล)  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

