

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 20C116/0795

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท อินโนเวทีฟ อินสตรูเมนต์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 7/139 หมู่ที่ 13 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0298
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
อุณหภูมิ	Digital Thermometer with sensor Resistance thermometer 0 °C to 95 °C	0.13 °C	In-house method : CP-TPM-01 by comparison technique
กลศาสตร์	Pressure measuring instrument Differential Pressure (D_p) 0 Pa to 5 000 Pa	4.5 Pa	In-house method : CP-DPM-01 base on DKD-R6-1 : 03/2014 Pressure medium : air
* ค่าความไม่แน่นอน ($\pm$) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%			

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 20C116/0795

หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0298

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ☐ ถาวร ☒ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
กลศาสตร์	Pressure measuring instrument Differential Pressure (D_p) 0 Pa to 5 000 Pa	4.5 Pa	In-house method : CP-DPM-11 base on DKD-R6-1 : 03/2014 Pressure medium : air
* ค่าความไม่แน่นอน ($\pm$) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%			

ออกให้ ณ วันที่