

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 19C007/0575

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท พลาสเทค แล็บ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 150/62 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0307
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของ การสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
มิติ	Digimatic caliper (for external measurement) 0 mm to 150 mm > 150 mm to 200 mm	0.018 mm 0.02 mm	In house method : WI - LAB – C01 based on JIS B 7507 : 1993
	Digimatic height gauge caliper 0 mm to 600 mm	0.044 mm	In house method : WI - LAB – C24 based on JIS B 7517 : 1993
* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %			

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 19C007/0575

หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0307

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ☐ ถาวร ☒ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของ การสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
มวล	Electronic balance 1 g to 3 000 g > 3 000 g to 6 000 g	0.10 g 0.17 g	In house method : WI - LAB – C05 based on UKAS LAB 14 : 2015
* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %			

ออกให้ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม