

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 20C096/0775

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท ไอเด็นทรอปิค จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 326 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0314
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของ การสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1. กลศาสตร์	Hydrometer 0.50 g/cm ³ to 2.00 g/cm ³	0.000 10 g/cm ³	In - house method : CP1001 by hydrostatic weighing technique
	Density meter 0.60 g/cm ³ to 1.5 g/cm ³	0.000 06 g/cm ³	ASTM D4052 and ASTM D7777
	Gradient Column Float 0.85 g/cm ³ to 1.00 g/cm ³	0.000 15 g/cm ³	ISO 1183
	Gradient Column Float 0.85 g/cm ³ to 1.00 g/cm ³	0.000 20 g/cm ³	ASTM D1505
* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %			

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 20C096/0775

หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0314

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของ การสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1. กลศาสตร์	Density meter 0.60 g/cm ³ to 1.5 g/cm ³	0.000 06 g/cm ³	ASTM D4052 and ASTM D7777

* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %

ออกให้ ณ วันที่