

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 21C060/0897

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท ครอมัลลอย (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 25 หมู่ที่ 5 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0344
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
มิติ	Micrometer caliper for external measurement 0 mm to 25 mm	1.0 μ m	In-house method : 71-11 based on JIS B 7502-1994
	Vernier, dial and digital caliper for external measurement 0 mm to 150 mm	14 μ m	In-house method : 71-03 based on JIS B 7507-1993
	Dial test indicator 0 mm to 1.0 mm	6.5 μ m	In-house method : 71-06 based on JIS B 7533-1990
	Dial gauge 0 mm to 10 mm	6.5 μ m	In-house method : 71-07 based on JIS B 7503-2003
* ค่าความไม่แน่นอน ($\pm$) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %			

ออกให้ ณ วันที่

