

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 20T144/1122

ชื่อห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 10 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0025
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
<p>สาขาโพลีเมอร์</p> <p>1. ผลิตภัณฑ์พอลิเอททีลีน: เรซิน และสารประกอบ (polyethylene products : resin and compounds)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melt flow rate at 190 °C 0.50 g/10 minutes to 10.0 g/10 minutes - Melt mass flow rate at 190 °C 0.10 g/10 minutes to 10 g/10 minutes - Density at 23 °C 0.915 g/cm³ to 0.970 g/cm³ - Carbon black content 2.0% to 3.0% by mass - Oxidation induction time at 200°C and 210°C 10 minutes to 150 minutes - Water content 0.01% to 0.50% by weight (100 ppm to 500 0 ppm) 	<ul style="list-style-type: none"> - ASTM D1238-13 Procedure B - ISO 1133-1 : 2011 Procedure A - ASTM D1505-18 - ISO 1183-2 : 2019 - ISO 6964 : 2019 Method A - ISO 11357-6 : 2018 - ISO 15512 : 2019 Method B2

ออกให้ ณ วันที่