

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่ 14T091/0174

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ : 44 หมู่ที่ 1 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
 หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0091
 สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาเคมี ผงถ่านคาร์บอน (Carbon black) – In-process product – Finished product	– Iodine adsorption number 27 g/kg to 152 g/kg – Oil absorption number (n - Dibutyl phthalate) 35 cm ³ /100 g to 138 cm ³ /100 g	– ASTM D 1510 - 03 procedure A – ASTM D 2414 - 05
สาขาโมคัลลันท์ น้ำบริโภค (Drinking – Water)	– pH 4.0 to 10.0 – Total hardness (Expressed as CaCO ₃) 9 ppm to 300 ppm	– Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22 nd edition, 2012, part 4500-H ⁺ B – Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22 nd edition, 2012, part 2340 C
สาขาปิโตรเลียม น้ำมันเตา (Fuel oil)	– Kinematic viscosity at 50 °C 115 mm ² /s to 300 mm ² /s	– ASTM D 445-09

ออกให้ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลงชื่อ

(นายหทัย อุทัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม