

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่ 14T029/0111

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท ซีเอ็มเอส เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่ : 17/121 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 48 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0157

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาสิ่งแวดล้อม		
1. น้ำเสีย (Wastewater)	- Total suspended solids 5 mg/l to 4 000 mg/l	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22 nd edition, 2012, part 2540 D
2. บรรยากาศ (Ambient air)	- Total suspended particulate matter $\leq 100 \mu\text{m}$ 0.004 g/filter to 1.75 g/filter	- US.EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter I - part 50, appendix B, revised as of July 1, 2012 (exclude sampling)

ออกให้ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557

ลงชื่อ

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม