

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่ 15T126/0329

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท คินซี (ประเทศไทย) จำกัด
 ที่อยู่ : 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0169
 สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาโยธา 1. Austenitic stainless steel	<ul style="list-style-type: none"> - Carbon 0.01% by weight to 0.10% by weight - Silicon 0.06% by weight to 0.90% by weight - Manganese 0.06% by weight to 1.60% by weight - Phosphorous 0.010% by weight to 0.027% by weight - Sulfur 0.005% by weight to 0.020% by weight - Chromium 17.00% by weight to 22.00% by weight - Molybdenum 0.03% by weight to 3.00% by weight - Nickel 7.50% by weight to 13.00% by weight 	- ASTM E1086-14

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่ 15T126/0329

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0169

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาโยธา (ต่อ) 1. Austenitic stainless steel (cont.)	<ul style="list-style-type: none">- Silicon 0.91% by weight to 1.50% by weight- Chromium 16.00% by weight to 16.99% by weight- Molybdenum 3.01% by weight to 3.20% by weight- Nickel 7.00% by weight to 7.49% by weight	<ul style="list-style-type: none">- In-House Method : WI 5.4-06 Based on ASTM E1086-14
2. Stainless steel and steel	<ul style="list-style-type: none">- Tensile strength- Elongation Load 50 kN to 400 kN	<ul style="list-style-type: none">- ASTM A370-14

ออกให้ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลงชื่อ

(นายธวัช ผลความดี)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม