

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 20T122/1100

ชื่อห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท ไทยโพลีเอซีทิล จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ถนนผาแดง ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0182
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาโพลีเมอร์ โพลีเอซีทิล เรซิน และ และสารประกอบโพลีเอซีทิล เรซิน (polyacetal resins and polyacetal compounded resins)	<ul style="list-style-type: none">- Melt mass flow rate 2.00 g/10 min to 55 g/10 min- Melt volume flow rate 2.00 cm³/10 min to 50 cm³/10 min- Density at 23°C 1.32 g/cm³ to 1.60 g/cm³- Specific gravity at 23/23°C 1.32 to 1.60- Tensile properties<ul style="list-style-type: none">• Tensile strength 25.0 MPa to 150 MPa• Nominal tensile strain at break maximum 180 %	<ul style="list-style-type: none">- ISO 1133-1:2011 (procedure A, procedure B)- ISO 1133-1:2011 (procedure A, procedure B)- ASTM D792-13 (Method A)- ASTM D792-13 (Method A)- ISO 527-1:2012 and ISO 527-2:2012

ออกให้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลงชื่อ

(นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม