

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

ที่ 16T107/0439

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท ไทยโพลีเอซีทิล จำกัด  
 ที่อยู่ : 1 นิคมอุตสาหกรรมผาแดงถนนผาแดง ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
 หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0182  
 สถานภาพห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาโพลิเมอร์ โพลีเอซีทิล เรซิน และ สารประกอบโพลีเอซีทิล เรซิน (polyacetal resins and polyacetal compounded resins)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melt mass flow rate 2.00 g/10 min to 55 g/10 min</li> <li>- Melt volume flow rate 2.00 cm<sup>3</sup>/10 min to 50 cm<sup>3</sup>/10 min</li> <li>- Density at 23°C 1.32 g/cm<sup>3</sup> to 1.60 g/cm<sup>3</sup></li> <li>- Specific gravity at 23/23°C 1.32 to 1.60</li> <li>- Tensile properties                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensile strength 25.0 MPa to 150 MPa</li> <li>• Nominal tensile strain at break maximum 180 %</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO 1133-1: 2011 (procedure A, procedure B)</li> <li>- ISO 1133-1: 2011 (procedure A, procedure B)</li> <li>- ASTM D 792-13 (method A)</li> <li>- ASTM D 792-13 (method A)</li> <li>- ISO 527-1: 2012 and ISO 527-2: 2012</li> </ul>

ออกให้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลงชื่อ

(นายรัช ผลความดี)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม