



รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองเลขที่ 19T038/0815

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0218

สถานภาพห้องปฏิบัติการ  ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาปิโตรเลียม		
4. น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ความเร็วรอบสูง (high speed diesel)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ASTM color 0.0 to 7.0</li> <li>- Density at 15 °C 0.750 0 g/ml to 0.900 0 g/ml</li> <li>- Distillation 100.0 °C to 370.0 °C</li> <li>- Flash point 50.0 °C to 110.0 °C</li> <li>- Kinematic viscosity at 40 °C 3.000 mm<sup>2</sup>/s to 10.00 mm<sup>2</sup>/s</li> <li>- Pour point -15 °C to 15 °C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ASTM D6045-12 (Reapproved 2017)</li> <li>- ASTM D4052-16</li> <li>- ASTM D86-18</li> <li>- ASTM D93-18 (Procedure A)</li> <li>- ASTM D445-18</li> <li>- ASTM D6892-03 (Reapproved 2014)</li> </ul>
5. น้ำมันเตา (fuel oil)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flash point 50.0 °C to 110.0 °C</li> <li>- Kinematic viscosity at 50 °C 12.90 mm<sup>2</sup>/s to 280.0 mm<sup>2</sup>/s</li> <li>- Pour point -15 °C to 30 °C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ASTM D93-18 (Procedure B)</li> <li>- ASTM D445-18</li> <li>- ASTM D6749-02 (Reapproved 2018)</li> </ul>

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองเลขที่ 19T038/0815

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0218

สถานภาพห้องปฏิบัติการ  ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาปิโตรเลียม 6. น้ำมันเตากำมะถันต่ำ (low sulfur fuel oil)	- Kinematic viscosity at 100 °C 8.000 mm <sup>2</sup> /s to 50.00 mm <sup>2</sup> /s	- ASTM D445-18

ออกให้ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. 2562

ลงชื่อ

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

