

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

ที่ 17T132/0623

ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ : บริษัท ไทยแลนด์สเมตติ้งแอนดรีไฟนิง จำกัด

ที่อยู่ : 80 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิเชียร อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0245

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาโยธา 1. โลหะดีบุก	<ul style="list-style-type: none"> - Lead 0.011 3% by weight to 0.112% by weight - Arsenic 0.003% by weight to 0.043% by weight - Bismuth 0.001 6% by weight to 0.060% by weight - Copper 0.001 3% by weight to 0.060% by weight - Iron 0.000 8% by weight to 0.016 0% by weight - Nickel 0.000 4% by weight to 0.019 2% by weight - Silver 0.001 8% by weight to 0.020 9% by weight - Antimony 0.003 4% by weight to 0.061% by weight - Zinc 0.003 4% by weight to 0.014 6% by weight 	- In-house method WI - QC25-504-IC-1C-1 based on ASTM E 1251-11

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

ที่ 17T132/0623

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0245

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาโยธา (ต่อ) 1. โลหะดีบุก (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none">- Cadmium 0.001 5% by weight to 0.010 4% by weight- Aluminum 0.001 0% by weight to 0.041 4% by weight	<ul style="list-style-type: none">- In-house method WI -QC25- 504-IC-1C-1 based on ASTM E 1251-11

ออกให้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ

(นายณัฐพล รังสิตพล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม