

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 18T021/0645

ชื่อห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทดสอบ
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 570 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0296
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาเคมี สารเคมีเคลือบผิว (surface treatment chemicals)	<ul style="list-style-type: none">- Lead 2.0 mg/kg to 50.0 mg/kg sample- Cadmium 2.0 mg/kg to 50.0 mg/kg sample- Hexavalent chromium 1.0 mg/kg to 10.0 mg/kg sample	<ul style="list-style-type: none">- In-house method : TM-Pb, Cd-01 based on IEC 62321-5 : 2013 by Inductively Coupled Plasma Spectrometer- In-house method : TM-Cr⁶⁺-01 based on IEC 62321 : 2008, Annex C

ออกให้ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ลงชื่อ

(นายณัฐพล รังสิตพล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม