

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่ 17T085/0576

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 163/19 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท-อ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0301
สถานภาพห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาปิโตรเลียม 1. น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (lube base oil)	<ul style="list-style-type: none">- Density<ul style="list-style-type: none">• at 15°C 0.800 0 g/ml to 0.950 0 g/ml• at 30°C 0.800 0 g/ml to 0.950 0 g/ml- Kinematic viscosity<ul style="list-style-type: none">• at 40°C 8.000 mm²/s to 400.0 mm²/s• at 100°C 2.000 mm²/s to 34.00 mm²/s- Viscosity index	<ul style="list-style-type: none">- ASTM D4052-16- ASTM D445-17a- ASTM D2270-10 (reapproved 2016)

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่ 17T085/0576

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0301

สถานภาพห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาปิโตรเลียม 2. ยางมะตอย (bitumen)	- Penetration at 25°C 40 to 100 - Softening point 45°C to 56°C - Specific gravity at 25/25°C 1.000 to 1.070	- ASTM D5/D5M-13 - ASTM D36/36M-14 ^{ε1} - ASTM D70-09 ^{ε1}

ออกให้ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ

(นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม