

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
ที่ ๑๒๐๒๘/ท ๓๑๓

สถานภาพห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หมายเหตุ
สาขาปิโตรเลียม ๑.ไบโอดีเซล (Biodiesel)	-Density at 15 °C 0.860 0 to 0.900 0 g/cm ³ -Flash point 60 to 190 °C -Water content 0.1 to 1.0 % by weight -Cloud point -10 to + 20 °C	-ASTM D 4052-09 -ASTM D 93-10 Procedure C -EN ISO 12937-2000 -ASTM D 6304-2007 -ASTM D 2500-09	-

ลงชื่อ
(นายชัยยง กฤตผลชัย)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

