

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 18T137/0762

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0325
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาปิโตรเลียม 4. Kerosene and jet A-1	- Density at 15 °C 0.690 0 g/mL to 1.120 g/mL - Kinematic viscosity at -20 °C 2.500 mm ² /s to 10.00 mm ² /s - Flash point 19 °C to 50 °C	- ASTM D4052-18 - ASTM D445-17a - IP 170-14

ออกให้ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม