

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ  
ที่ 14T094/0176

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 169 หมู่ที่ 9 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0346  
สถานภาพห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาปิโตรเลียม		
1. น้ำมันหล่อลื่น และ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Lubricating oils, lube base oil)	- Kinematic viscosity • at 40 °C 25 mm <sup>2</sup> /s (cst) to 150 mm <sup>2</sup> /s (cst) • at 100 °C 4 mm <sup>2</sup> /s (cst) to 20 mm <sup>2</sup> /s (cst) - Density • at 15 °C • at 30 °C 0.800 0 g/ml to 0.950 0 g/ml (800.0 kg/m <sup>3</sup> to 950.0 kg/m <sup>3</sup> ) - Flash point 100 °C to 360 °C	- ASTM D 445-12          - ASTM D 4052-11          - ASTM D 92-12b
2. น้ำมันดีเซล และ น้ำมันไบโอดีเซล (Diesel oil and biodiesel oil)	- Density at 15 °C 0.800 0 g/ml to 0.900 0 g/ml (800.0 kg/m <sup>3</sup> to 900.0 kg/m <sup>3</sup> ) - Specific gravity at 60/60 °F 0.800 0 to 0.900 0	- ASTM D 4052-11          - ASTM D 4052-11
3. น้ำมันดีเซล (Diesel oil)	- Flash point 50 °C to 100 °C	- ASTM D 93-13 <sup>E1</sup> (Procedure A)

ออกให้ ณ วันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลงชื่อ

(นายหทัย อุไทย)

เลขธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม