

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่ 15T029/0232

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส เทสติ้ง เซอร์วิสเฮส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 75/37 หมู่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0402
สถานภาพห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาโคมภัณฑ์ 1. ถุงมือสำหรับใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ และ ผ้าเช็ดทำความสะอาด (glove and wiper used in electronic industry) 2. ชิ้นส่วนของฮาร์ดดิสก์ (hard disk drive components)	- ปริมาณของอนุภาค (ขนาด 0.3 μm – 2.0 μm) 20 particles/cm ² to 5 000 particles/cm ² - ปริมาณสารอินทรีย์ไม่ระเหย (non-volatile residue) <ul style="list-style-type: none">● Top cover 0.15 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ to 12.00 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$● Baseplate 0.20 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ to 18.00 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	- IDEMA STANDARDS Microcontamination, document No. M9-98 - IDEMA STANDARDS Microcontamination, document No. M7-98

ออกให้ ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

ลงชื่อ

(นายหทัย อุไทย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม