

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองเลขที่ 20T106/1084

ชื่อห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท แม็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 296 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0405

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาเคมี สีย้อม (dyestuffs)	<ul style="list-style-type: none"> - Cadmium (Cd) 5.0 mg/kg sample to 100.0 mg/kg sample - Chromium (Cr) 5.0 mg/kg sample to 100.0 mg/kg sample - Cobalt (Co) 10.0 mg/kg sample to 100.0 mg/kg sample - Copper (Cu) 10.0 mg/kg sample to 100.0 mg/kg sample - Iron (Fe) 10.0 mg/kg sample to 100.0 mg/kg sample - Lead (Pb) 20.0 mg/kg sample to 100.0 mg/kg sample - Manganese (Mn) 10.0 mg/kg sample to 100.0 mg/kg sample - Nickel (Ni) 10.0 mg/kg sample to 100.0 mg/kg sample - Zinc (Zn) 10.0 mg/kg sample to 100.0 mg/kg sample 	<ul style="list-style-type: none"> - In-house method : SOP-LBAN-001 based on ASTM E1645-16

ออกให้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ

(นายวีระกิตต์ รันทกิจธนวัชร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ฉบับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้า 1/1

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม