

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่ 15T099/0302

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด
 ที่อยู่ : เลขที่ 19 หมู่ที่ 19 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0421
 สถานภาพห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาโคมกษณ์		
กระดาษ (papers)	<ul style="list-style-type: none"> - Grammage 40 g/m² to 300 g/m² - Single sheet thickness 50 µm to 500 µm - ISO brightness 40 % to 100 % - Water absorptiveness - Cobb method 10 g/m² to 100 g/m² - Specular gloss at 75 degree 10 gloss unit to 90 gloss unit - Bursting strength 50 kPa to 450 kPa - Smoothness (Bekk method) 10 s to 4000 s - Resistance to bending 10 mN to 1000 mN - Opacity (paper backing) - Diffuse reflectance method 50 % to 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> - ISO 536 : 2012 - ISO 534 : 2011 - ISO 2470-1 : 2009 - ISO 535 : 2014 - ISO 8254-1 : 2009 - ISO 2758 : 2001 - ISO 5627 : 1995 - ISO 2493-1 : 2010 - ISO 2471 : 2008

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่ 15T099/0302

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0421

สถานภาพห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาโพลีเอทิลีน กระดาษ(ต่อ) (papers) (cont.)	- Tensile properties - Constant rate of elongation method 0.5 kN/m to 15.0 kN/m - Tearing resistance – Elmendorf method 350 mN to 1200 mN	- ISO 1924-2 : 2008 - ISO 1974 : 2012

ออกให้ ณ วันที่ : 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลงชื่อ

(นายหทัย อุไทย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม