

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

ที่ 17T043/0534

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท พี. เอส. พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

ที่อยู่ : 76 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0433

สถานภาพห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาปิโตรเคมี		
1. จาระบี (lubricating grease)	<ul style="list-style-type: none"> - Unworked penetration 180 to 400 - Worked penetration 180 to 400 - Dropping point 80 °C to 288 °C 	<ul style="list-style-type: none"> - ASTM D 217-10 - ASTM D 217-10 - ASTM D 566-16
2. น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ และ น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม (lube base oils, engine lube oil, and industrial lube oils)	<ul style="list-style-type: none"> - Kinematic viscosity <ul style="list-style-type: none"> • at 40 °C 3.000 mm²/s to 500.0 mm²/s • at 100 °C 2.500 mm²/s to 120.0 mm²/s - Density <ul style="list-style-type: none"> • at 15 °C 0.800 0 g/ml to 1.300 g/ml • at 30 °C 0.800 0 g/ml to 1.300 g/ml 	<ul style="list-style-type: none"> - ASTM D 445-15 - ASTM D 4052-15

ออกให้ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ลงชื่อ

(นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม