

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่ 16T147/0479

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลางฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
การยางแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0479
สถานภาพห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาโพลีเมอร์		
1. น้ำยางข้น	<ul style="list-style-type: none"> - ของแข็งทั้งหมด ร้อยละ 10 ถึง 70 โดยน้ำหนัก - เนื้อยางแห้ง ร้อยละ 10 ถึง 70 โดยน้ำหนัก - ความเป็นด่าง ร้อยละ 0.1 ถึง 1 โดยน้ำหนัก - ค่ากรดไขมันที่ระเหยได้ 0 ถึง 1 - ความเป็นกรด – ด่าง 5.0 ถึง 12.0 - ค่าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH number) 0 ถึง 2 	<ul style="list-style-type: none"> - ISO 124 : 2014 - ISO 126 : 2005 - ISO 125 : 2011 - ISO 506 : 1992 - ISO 976 : 2013 - ISO 127 : 2012
2. ยางคงรูป	<ul style="list-style-type: none"> - ความแข็ง shore A <ul style="list-style-type: none"> • 43 ถึง 80 	<ul style="list-style-type: none"> - ASTM D 2240 – 05 - ISO 7619 – 1 : 2010 and ISO 23529 : 2010 clause 5.5.1 and clause 5.5.2

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

ที่ 16T147/0479

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0479

สถานภาพห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาโพลีเมอร์		
3. ถุงมือยาง		
<ul style="list-style-type: none"> • ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว 	<ul style="list-style-type: none"> - มิติทางกายภาพ <ul style="list-style-type: none"> • กว้าง 70 มิลลิเมตร ถึง 120 มิลลิเมตร • ยาว 210 มิลลิเมตร ถึง 270 มิลลิเมตร • หนา 0.05 มิลลิเมตร ถึง 2.1 มิลลิเมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - ISO 11193 - 1 : 2008 clause 6.1 - มอก. 1056 เล่ม 1-2556 ข้อ 6.1
<ul style="list-style-type: none"> • ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว 	<ul style="list-style-type: none"> - มิติทางกายภาพ <ul style="list-style-type: none"> • กว้าง 60 มิลลิเมตร ถึง 130 มิลลิเมตร • ยาว 240 มิลลิเมตร ถึง 290 มิลลิเมตร • หนา 0.07 มิลลิเมตร ถึง 2.0 มิลลิเมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - ISO 11193 - 1 : 2008 clause 6.1 and ISO 23529 – 2010 clause 7.1 - มอก. 1056 เล่ม 1-2556 ข้อ 6.1 - ISO 10282 : 2014 clause 6.1 - ISO 10282 : 2014 clause 6.1 and ISO 23529 – 2010 clause 7.1

ออกให้ ณ วันที่ : 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลงชื่อ

(นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม