

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ  
ใบรับรองเลขที่ 20T069/1047

ชื่อห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทดสอบ  
บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัด (สาขากระบี่)  
ที่อยู่ เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  
หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0509  
สถานภาพห้องปฏิบัติการ  ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาโพลีเมอร์ ยางแท่งเอสทีอาร์ 10 และเอสทีอาร์ 20 (STR 10 and STR 20)	- Dirt Maximum 0.20% by weight - Volatile matter Maximum 1.00% by weight - Ash Maximum 1.00% by weight - Nitrogen Maximum 1.00% by weight - Rapid plasticity (P <sub>0</sub> ) 25.0 to 50.0 - Plasticity retention index (PRI) 35.0 to 90.0 - Mooney viscosity ML (1+4) 100 °C 50.0 to 90.0	- SMR bulletin No.7, part B.4 (1992), amendment date : 1993 - SMR bulletin No.7, part B.5 (1992) - SMR bulletin No.7, part B.6 (1992) - SMR bulletin No.7, part B.7 (1992), amendment date : 1995 - SMR bulletin No.7, part B.8 (1992), amendment date : 1994 - SMR bulletin No.7, part B.8 (1992), amendment date : 1994 - SMR bulletin No.7, part B.9 (1992), amendment date: 1993

ออกให้ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ

(นายวีระกิตต์ รันทกิจธนวัชร)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม