

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 20T168/1146

ชื่อห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทดสอบ
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 8 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0538
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาโพลีเมอร์ พอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน (polyvinyl chloride resins)	<ul style="list-style-type: none">- Residual vinyl chloride monomer content 0.1 ppm by weight to 400 ppm by weight- K – value 40.3 to 85.6- Apparent density 0.44 g/ml to 0.65 g/ml- Retained on sieve 250 micron %by weight	<ul style="list-style-type: none">- ASTM D3749-19- ISO 1628-2 : 2020 - มอก. 632-2551- ISO 60-1977 - มอก. 632-2551- ASTM D1921-18 (method A)

ออกให้ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม